



ЗАПОВЕД

№ А 112
София, 21.02.2023 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR 2, писмо вх. № 33/17 ЛК/Е/06.02.2023г., доклад 2.9.5.5 вх.№ 33/17 ЛК/4/В/17.02.2023 г. и Заповед на ИА БСА № А 111/21.02.2023г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 57/31.01.2023г., към сертификат
рег.№ 17 ЛК/31.01.2023г., валидни до 31.01.2027г., както следва

„МЕТЕР ЕКСПЕРТ“ ООД ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Адрес на управление: 1040 София, р-н „Средец“, ул. „Христо Белчев“ №2, ет.4,
офис 3

Адрес лаборатория: 1618 София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Иван Сусанин“ №
59 Б

Да извършва калибриране на:

Тип обхват: фиксиран					
№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Възможност за калибриране и измерване (СМС)	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
1	Везни електронни и механични с неавтоматично действие с класове на точност: I-ви клас II-ри клас	Маса, (kg и неговите дробни)	до 300 g	от 0,01 mg до 3,0 mg	ПК 7.2-5 (К): 2019
			от 0,3 kg до 2,2 kg от 2,2 kg до 20 kg от 20 kg до 60 kg от 60 kg до 80 kg	от 3,0 mg до 6,6 mg от 6,6 mg до 600 mg от 600 mg до 1000 mg 1 g	
2.	Везни електронни и механични с неавтоматично действие с клас на точност III	Маса, (kg и неговите дробни)	от 2,0 kg до 20 kg от 20 kg до 500 kg от 500 kg до 2000 kg	от 1,6 g до 6 g от 6 g до 25 g от 25 g до 200 g	ПК 7.2-5 (К): 2019

Тип обхват: фиксиран					
№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Възможност за калибриране и измерване (СМС)	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
3.	Теглилки клас F ₂	Маса, (kg и неговите дробни)	10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1000 g 2000 g 5000 g 10000 g 20000 g	2,0.10 ⁻⁴ g 2,6.10 ⁻⁴ g 3,0.10 ⁻⁴ g 5,0.10 ⁻⁴ g 1,0.10 ⁻³ g 2,7.10 ⁻³ g 5,0.10 ⁻³ g 1,0.10 ⁻² g 2,7.10 ⁻² g 4,3.10 ⁻² g 7,0.10 ⁻² g	ПК 7.2-4 (К): 2019
4.	Теглилки клас М - М ₁ , М ₁₋₂ , М ₂ , М ₂₋₃ и М ₃	Маса, (kg и неговите дробни)	1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1000 g 2000 g 5000 g 10000 g 20000 g	2,0.10 ⁻⁴ g 2,6.10 ⁻⁴ g 3,2.10 ⁻⁴ g 4,0.10 ⁻⁴ g 5,0.10 ⁻⁴ g 6,0.10 ⁻⁴ g 1,0.10 ⁻³ g 2,5.10 ⁻³ g 8,0.10 ⁻³ g 1,6.10 ⁻² g 3,0.10 ⁻² g 5,3.10 ⁻² g 7,7.10 ⁻² g 1,2.10 ⁻¹ g	ПК 7.2-4 (К): 2019
5.	Еталонни тежести	Маса, (kg и неговите дробни)	от 1 g до 20000 g	от 2,0.10 ⁻⁴ g до 1,2.10 ⁻¹ g	ПК 7.2-4 (К): 2019

Забележка:

1. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.1 се извършва на място при клиента.
2. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.2 се извършва в лабораторията и на място при клиента.
3. Калибрирането на средствата за измерване, посочени т.3, т.4 и т.5 се извършва в лабораторията.

Позоваване:

ПК 7.2-4 (К):2019 "Методика за калибриране на теглилки по метода на пряко сравнение"
 ПК 7.2-5 (К):2019 "Методика за калибриране на везни с неавтоматично действие"

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 17 ЛК/21.02.2023г. валиден до 31.01.2027г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „Метер Експерт“ ООД, гр. София, ръководителя на Лаборатория за калибриране при „Метер Експерт“ ООД, гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат и/или приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 17 ЛК от 31.01.2023г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 57/31.01.2023г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Метер Експерт“ ООД, гр. София в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“

